

医04 整形用品
一般医療機器 コットンボール 11028000

フィルターボール アルファ(未滅菌)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・体内に留置しないこと

【使用方法等】

- ・滅菌して、血液・体液の吸収又は薬剤の塗布等に適宜使用する。
- ・滅菌は、エチレンオキシドガス滅菌、電子線滅菌、ガンマ線滅菌を行う。

【使用上の注意】

- ・包装に破損、水濡れ等、異常がみられる場合は、使用しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社エフスリー

愛知県名古屋市区笠取町3-415

TEL 052-522-5226

*【形状・構造及び原理等】

■形状

本品は、脱脂した綿繊維を丸めた物に、カルメロースナトリウム水溶液を噴霧、適当な長さに裁断したものである。

*■材質

セルロース

*■原理

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊。